

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προσφορών

ΜΕΣΩ: Προέδρου Τμήματος ΕΤΠ Δρ. Κώστα Κώστα

ΑΠΟ: Κώστα Κώστα, Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης και Πρόεδρο τμήματος

ΗΜΕΡ.: 31/10/2016

ΘΕΜΑ: Έκθεση Αξιολόγησης Διαγωνισμού αρ. ΕΤΠ(1)/012/2016 για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Διδακτικά Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ)

Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών η επισυναπτόμενη έκθεση αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού.



ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ)

Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/012/2016 για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Διδακτικά Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ)

* Να συμπληρωθεί ο αριθμός και ο τίτλος του διαγωνισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3
1.1	Στοιχεία διαγωνισμού	3
1.2	Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης	3
1.3	Υποβληθείσες προσφορές.....	4
2.	ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	5
2.1	Συναντήσεις.....	5
2.2	Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών.....	6
2.3	Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.....	8
2.4	Έλεγχος προσωπικής κατάστασης.....	9
2.5	Έλεγχος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας	10
2.6	Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων.....	11
2.7	Κατάσταση οικονομικών φορέων που προχωρούν / δεν προχωρούν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.....	12
3.	ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	13
3.1	Συναντήσεις.....	13
3.2	Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς	13
3.3	Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς.....	17
4.	Ανάθεση Σύμβασης	18
	Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης.....	18
5.	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	21

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Στοιχεία Διαγωνισμού

Αριθμός διαγωνισμού:	ΕΤΠ(1)/012/2016
----------------------	-----------------

Τίτλος διαγωνισμού:	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Διδακτικά Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ)
---------------------	--

Προϋπολογισμός:	€34.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει ποσό προνοίας / *δικαιωμα προαίρεσης / ανανέωσης / *κόστος εγκατάστασης / *εκπαίδευσης / *συντήρησης ποσού ίσου με €..... (να διαγραφεί αναλόγως) *Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τα Ανθρώπινα Ταμεία / ΗΠΕ. *Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (να διαγραφεί αναλόγως)	Αναθέτουσα Αρχή:	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Είδος Σύμβασης:	Υπηρεσίες / Προμήθεια / Έργο (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)		
Διαδικασία:	Ανοικτή Διαδικασία	Κριτήριο Ανάθεσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά αντικείμενα

Ημερομηνία προκήρυξης:	01/08/2016	Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:	26/09/2016 και ώρα 12:30 μ.μ	Ημερομηνία λήξης ισχύος προσφορών:	26/01/2017
------------------------	------------	---	------------------------------	------------------------------------	------------

1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Συντονιστής Αρμοδίου Οργάνου:	Κώστας Κώστα
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	Μαρία Αντωνίου
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	Μάρλεν Βάσκες
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	

Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	
-------------------------	--

1.3 Υποβληθείσες προσφορές

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ <small>(να αναγράφεται ολοκληρωμένη η επωνυμία, όπως παρουσιάζεται στο έντυπο υποβολής προσφοράς και με την αρίθμηση που έχει δοθεί από το Γραφείο Προσφορών κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών)</small>
1.	<i>Lab Supplies - Π. Γαλάνης & Σία</i>
2.	<i>Vector Technologies</i>
3.	<i>Sprel Ltd</i>
4.	<i>C. Georghiou Ltd</i>
5.	<i>Energon Ltd</i>
6.	<i>C&V Kriticos Lab supplies Ltd</i>
7.	<i>Phadisco Ltd</i>
8.	<i>Sci Electronics Ltd</i>
9.	<i>Biotronics Ltd</i>
10.	<i>Eclaf Enterprises Ltd</i>

2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.1 Συναντήσεις

Βάσει των κανονισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Δ.Π.242/2012) ζητήθηκε όπως τα πιο κάτω άτομα παραστούν ως παρατηρητές στη/στις πιο κάτω συνεδρία/ες της Επιτροπής Αξιολόγησης:

- Γενική Λογίστρια της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Γενική Ελέγκτρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και
- Εσωτερικό Ελεγκτή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(Δες Παράρτημα Α: Επιστολή πρόσκλησης και Παράρτημα Β: Πρακτικό/ά συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης)

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.	31/10/2016	12:00	Γραφεία του Τμήματος ΕΤΠ	1. Προκαταρκτικός έλεγχος υποβαλλόμενων προσφορών 2. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 3. Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής* 4. Έλεγχος οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας* 5. Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων* 6. Έλεγχος υποβαλλόμενων εγγράφων τεχνικής προσφοράς 7. Έλεγχος υποβαλλόμενων εγγράφων οικονομικής προσφοράς 8. Αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών* 9. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς* * να διαγραφεί ότι δεν ισχύει 10. Ορισμός ημερομηνίας, ώρας, αίθουσας και Ημερήσιας Διάταξης επόμενης Συνεδρίας (σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη συνεδρία)

Αν κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπιστώσει:

- **αποκλίσεις**, θα πρέπει αφού τις καταγράψει να αναφέρει κατά πόσο κρίνονται ασήμαντες και δεν θα οδηγήσουν σε απόρριψη των προσφορών ή κατά πόσο κρίνονται σημαντικές και θα οδηγήσουν σε πρόταση απόρριψής τους
- **ασάφειες** στις προσφορές, έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις, τις οποίες θα πρέπει να καταγράψει στην έκθεση αξιολόγησης. Η σχετική αλληλογραφία με τον προυφέροντα θα πρέπει να επισυναφθεί ως Παράρτημα Γ και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Αξιολόγησης. Η εκ των υστέρων υποβολή πληροφορήσης, η οποία έπρεπε να δοθεί με την Προσφορά, δεν θεωρείται αποσαφήνιση ή συμπλήρωση και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτή.

2.2 Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών

Κατά το στάδιο αυτό της Αξιολόγησης, εξετάστηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, με βάση τον πιο κάτω πίνακα και δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε απόκλιση:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	Lab Supplies - Π. Γαλιάνης & Σία	Vector Technologies	Spraf Ltd	C. Georghiou Ltd	Enargon Ltd
1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ (Σε περιπτώσεις ββλαιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ/ΔΕΙΓΜΑΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ* (να διαγραφεί αναλόγως)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕ ΤΑΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑ Ι
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΣΟ (CD) για την τεχνική προσφορά (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΣΟ (CD) για την οικονομική προσφορά (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	<i>C&V Kriticos Lab supplies Ltd</i>	<i>Phadisco Ltd</i>	<i>Scientronics Ltd</i>	<i>Biotronics Ltd</i>	<i>Eclaf Enterprises Ltd</i>
1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ (Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ/ΔΕΔΙΘΕΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ* (να διαγραφεί αναλόγως)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ ΣΟ (CD) για την τεχνική προσφορά (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ ΣΟ (CD) για την οικονομική προσφορά (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

2.3 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Κατά το στάδιο αυτό έγινε έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα και περιγράφονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Δεν διαπιστώθηκαν απαισιόδηποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	Lab Supplies - Π. Γαλάνης & Σία	Vector Technologies	Spral Ltd	C. Georgiou Ltd	Energion Ltd
ΕΡΓΥΝΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΕΝΤΥΠΟ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (να διαγραφεί αναλόγως) Σε περίπτωση υποβολής εγγύησης συμμετοχής: α) ΠΟΣΟ: €.....	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
β) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγυητική πρέπει να καλύπτει όλες τις εταιρίες					
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα στοιχεία σύστασης πρέπει να υπάρχουν για όλες τις εταιρίες	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» (ισχύει για προμήθειες)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ισχύει μόνο για έργα)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ (ισχύει μόνο για έργα)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε περίπτωση κοινοπραξίας)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (σε περίπτωση κοινοπραξίας)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	C&V Kriticos Lab supplies Ltd	Phadisco Ltd	Sciontronics Ltd	Biotronics Ltd	Eclaf Enterprises Ltd
ΕΓΓΥΗΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΝΤΥΠΟ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (να διαγραφεί αναλόγως) <i>Σε περίπτωση υποβολής εγγύησης συμμετοχής:</i> α) ΠΟΣΩ: €..... β) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ <i>Σε περίπτωση κοινοπραξίας-η εγγύηση πρέπει να καλύπτει όλες τις εταιρίες</i>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <i>Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα στοιχεία σύστασης πρέπει να υπάρχουν για όλες τις εταιρίες</i>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» (ισχύει για προμήθειες)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ισχύει μόνο για έργα)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ (ισχύει μόνο για έργα)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε περίπτωση κοινοπραξίας)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (σε περίπτωση κοινοπραξίας)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

2.4 Έλεγχος προσωπικής κατάστασης

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον Έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	Lab Supplies - Π. Γαλιάνης & Σία	Vector Technologies	Sprel Ltd	C. Georghlou Ltd	Enargon Ltd
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΝΤΥΠΟ 3)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (σε περίπτωση που εφαρμόζεται η στήριξη από άλλους φορείς)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ 7)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	C&V Kriticos Lab supplies Ltd	Phadisco Ltd	Scienfronics Ltd	Biotronics Ltd	Eclat Enterprises Ltd
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΝΤΥΠΟ 3)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (σε περίπτωση που εφαρμόζεται η στήριξη από άλλους φορείς)	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ 7)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν οποιαδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

2.5 Έλεγχος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας- Δεν εφαρμόζεται

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον Έλεγχο της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:

***Σημείωση:**

- Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας
- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους, θα πρέπει να υποβάλει τα αναγκαία έντυπα έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους.

~~Κατά τον έλεγχο της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού από τους Οικονομικούς Φορείς.~~

2.6 Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων-Δεν εφαρμόζεται

~~Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:~~

***Σημείωση:**

- Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας
- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους, θα πρέπει να υποβάλει τα αναγκαία έντυπα έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους.

2.7 Κατάσταση οικονομικών φορέων που προχωρούν / δεν προχωρούν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τους πιο πάνω ελέγχους αποφάσισε όπως:

- προχωρήσει στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των πιο κάτω οικονομικών φορέων:

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
1.	<i>Lab Supplies - Π. Γαλάνης & Σία</i>
2.	<i>Vector Technologies</i>
3.	<i>Sprel Ltd</i>
4.	<i>C. Georghiou Ltd</i>
5.	<i>Energon Ltd</i>
6.	<i>C&V Kriticos Lab supplies Ltd</i>
7.	<i>Phadisco Ltd</i>
8.	<i>Sciontronics Ltd</i>
9.	<i>Biotronics Ltd</i>
10.	<i>Eclat Enterprises Ltd</i>

3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3.1 Συναντήσεις

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1	31/10/2016	12:00	Γραφεία του Τμήματος ΕΤΠ	1. Έγκριση Πρακτικών της Συνεδρίας 2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 4. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης

Συνημμένα υποβάλλονται τα Πρακτικά της παραπάνω συνάντησης στο Παράρτημα Α.

3.2 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς

Μετά από ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έχουν προκύψει τα ακόλουθα:

Η προσφορές των πιο κάτω οικονομικών φορέων παρουσιάζουν τις ακόλουθες ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

7. Ζητούμενη προμήθεια (7): Microcentrifuge

2. Vector Technologies

Δεν καλύπτει το πιο κάτω σύμφωνα με το αναθεωρημένο έντυπο προδιαγραφών

A/A	Απαιτήσεις - Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση - Προσφορά
2.57	Operating RPM	1000-13500 Αλλάζει ούτως ώστε να καλύπτει ταχύτητες Τουλάχιστον 10000-12500	ΝΑΙ (Fixed speed of 6000 rpm)

9. Ζητούμενη προμήθεια Μικροσκόπιο

5 Epergon Ltd

Δεν καλύπτει τα πιο κάτω σύμφωνα με το αναθεωρημένο έντυπο προδιαγραφών

A/A	Απαιτήσεις - Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση - Προσφορά
2.70	Μακρομετρικοί και μικρομετρικοί κοχλίες (Rough and fine screws)	Μακρομετρική εστίαση < 20mm ανά περιστροφή	Μακρομετρική εστίαση · 20mm ανά περιστροφή και ρυθμιζόμενη, σύμφωνα με την προίμηση του χρήστη (tenston

Α/Α	Απαιτήσεις - Προδιαγραφές	Απόκριση	Απάντηση - Προσφορά
		<p>Μικρομετρική εστίαση < 0.2mm ανά περιστροφή</p> <p>Δυνατότητα εστίασης κοχλίων > 20 mm (Focus screws > 20mm)</p>	<p>adjustment)</p> <p>Μικρομετρική εστίαση 1mm ανά περιστροφή</p> <p>Δυνατότητα εστίασης κοχλίων 27 mm (Focus screws 27mm)</p> <p>Οι προδιαγραφές του προσφερόμενου προϊόντος δεν πληρούν τις προδιαγραφές βάσει και του υποσημειωτικού υλικού που επισυνάφθηκε</p>
2.75	<p>Αντικειμενικοί φακοί (Objectives)</p>	<p>Plan Achromat με δυνατότητα μεγέθυνσης 4x/0.1, 10x/1.25, 20x/0.4, 40x/0.65, 100x/1.25</p> <p>4x απόσταση εργασίας (working distance) > 18 mm</p> <p>Με ή χωρίς καλυπτρίδα (w or w/o cover glass)</p> <p>10x απόσταση εργασίας > 10 mm</p> <p>Με ή χωρίς καλυπτρίδα</p> <p>20x απόσταση εργασίας > 0.9 mm</p> <p>Με ή χωρίς καλυπτρίδα</p> <p>40x απόσταση εργασίας > 0.35 mm</p> <p>Κατάλληλο για καλυπτρίδα 0.17mm (Suitable for 0.17mm cover glass)</p> <p>100x απόσταση εργασίας > 0.15 mm</p> <p>Κατάλληλο για καλυπτρίδα 0.17mm</p>	<p>Plan Achromat με δυνατότητα μεγέθυνσης 4x/0.1, 10x/0.25, 20x/0.45, 40x/0.65, 100x/1.25</p> <p>- 4x απόσταση εργασίας 15.9 mm</p> <p>Με ή χωρίς καλυπτρίδα</p> <p>- 10x απόσταση εργασίας 17.4 mm</p> <p>Με ή χωρίς καλυπτρίδα</p> <p>- 20x απόσταση εργασίας 0.9 mm</p> <p>Με ή χωρίς καλυπτρίδα</p> <p>- 40x απόσταση εργασίας 0.5 mm</p> <p>Κατάλληλο για καλυπτρίδα 0.17mm</p> <p>- 100x απόσταση εργασίας 0.15 mm</p> <p>Κατάλληλο για καλυπτρίδα 0.17mm</p> <p>Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές</p>

11. Ζητούμενη προμήθεια (11): Σύστημα Ξηρής Θέρμανσης (Dry Heating System)**1. Lab Supplies - Π. Γαλάνης & Σία**

Δεν καλύπτει το πιο κάτω σύμφωνα με το αναθεωρημένο έντυπο προδιαγραφών

A/A	Απαιτήσεις - Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση - Προσφορά
2.116	Μέγιστο θερμοκρασιακό εύρος	θερμοκρασία δωματίου +5°C -200°C	θερμοκρασία δωματίου +5°C - 150°C
2.117	Θερμοκρασιακή ακρίβεια και σταθερότητα (και εντός του συστήματος)	+/- 0.1 °C	+/- 0.2 °C

4 C. Georgiōu Ltd

Δεν καλύπτει το πιο κάτω σύμφωνα με το αναθεωρημένο έντυπο προδιαγραφών

A/A	Απαιτήσεις - Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση - Προσφορά
2.116	Μέγιστο θερμοκρασιακό εύρος	θερμοκρασία δωματίου -5°C - 200°C	NA! Ambient +8°C -200°C Digital

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων «Lab Supplies - Π. Γαλάνης & Σία, Vector Technologies, Sprel Ltd, C. Georgiōu Ltd, Energon Ltd, C&V Kriticos Lab supplies Ltd, Phadisco Ltd, Scientronics Ltd, Biotronics Ltd και Eclai Enterprises Ltd» δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητούμενα είδη.

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ συγκριτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών όλων των έγκυρων υποβληθείσων προσφορών.

3.3 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει προχωρήσει στη συνέχεια σε έλεγχο των ακόλουθων οικονομικών φορέων με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά:

Στο πιο κάτω πινάκα αναφέρονται αναλυτικά οι τιμές που προσφέρθηκαν. Με πράσινο χρώμα δίνονται τα αντικείμενα/τιμές που επιλέχθηκαν ως οι πιο συμφέρουσες και πληρούν τα κριτήρια των προδιαγραφών.

Ζητούμενη υπηρεσία	Προσφερόμενη Τιμή (σε ευρώ)					
	1	2	3	4	5	6
	pH/Conductivity Meter	Συσκευή GPS	Μετρητής Διήθησης εδάφους - MiniDisk Infiltrometer	φορητή ζυγαριά	Επιωαστικός Κλιβανός με Ψύξη	Portable CH4 analyzer
Ποσότητα	4	1	1	2	1	1
Αναμενόμενη τιμή (Ευρώ) (Ανά τεμάχιο)	250	300	350	175	7000	8500
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα						
1. Lab Supplies - Π. Γαλιάνης & Σία	0	0	0	340	6340	0
2. Vector Technologies	0	0	0	0	4000	0
3. Spret Ltd	0	299	465	145	0	0
4. C. Georghiou Ltd	1030	0	0	175	4800	0
5. Energon Ltd	0	0	0	0	0	0
6. C&V Kriticos Lab supplies Ltd	264	388	475	175	3583	4534
7. Phadisco Ltd	0	0	0	0	0	0
8. Scientronics Ltd	0	0	0	0	0	0
9. Biotronics Ltd	240	0	0	154	5440	0
10. Eclat Enterprises Ltd	169.74	270.24	236.33	0	0	

18 JB

Προσφερόμενη Τιμή (σε ευρώ) (συνέχεια)											
	7	8	9	10	11	12					
Ζητούμενη υπηρεσία	Microcentrifuge	Dissolved oxygen meter	Microscope	Στερεασκόπιο	Σύστημα Ξηρής Θέρμανσης (Dry Heating System)	Οριζόντιο Σύστημα Ηλεκτροφόρησης (Horizontal electrophoresis system)					
Ποσότητα	1	1	1	1	1	1					
Αναμενόμενη τιμή (Ευρώ)	2000	1500	6000	5000	1000	1000					
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα											
1. Lab Supplies - Π. Γαλιάνης & Σια	980	890	5840	0	974	0					
2. Vector Technologies	520	0	4550	1850	0	0					
3. Sprel Ltd	0	165	5570	1450	0	0					
4. C. Georghiou Ltd	1178	475	0	0	1040	0					
5. Energon Ltd	559	652	4163	1471	0	0					
6. C&V Kriticos Lab supplies Ltd	1595	484	0	0	0	0					
7. Phadisco Ltd	0	0	0	3700	0	0					
8. Scientronics Ltd		0	3320	4100	0	0					
9. Biotronics Ltd	1370	1195	5400	1340	1300	1300					
10. Eclat Enterprises Ltd	0	0	0	1585,23	0	0					

Στο πιο κάτω πίνακα δίνονται οι αποκλίσεις των τιμών των αντικειμένων που επιλέχθηκαν σε σύγκριση με την αναμενόμενη τιμή. Για τις περιπτώσεις που η απόκλιση ήταν μεγαλύτερη του $\pm 25\%$ ζητήθηκε από τις εταιρείες στις οποίες καταχωρήθηκαν τα αντίστοιχα αντικείμενα βεβαίωση που να αναφέρει την ικανότητα να παρέχουν τα αντικείμενα όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο 8 της προσφοράς και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά τους. Οι βεβαιώσεις δίνονται στο Παράρτημα Ε.

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Αναμενόμενη τιμή (Ευρώ)	Επίσημο Οικονομικό Φορέα (Μοντέλο)	Τιμή (Ευρώ)	Απόκλιση από αναμενόμενη τιμή	Αιτιολόγηση απόκλισης
1. pH/Conductivity Meter	250	Eclat Enterprises Ltd (Extech EC510 Kit)	189,75	-24% (Ζητήθηκε βεβαίωση- Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό
2. Συσκευή GPS	300	Eclat Enterprises Ltd (Garmin Model: GPS MAP 64S)	270,25	-10% (Ζητήθηκε βεβαίωση- Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό
3. Μετρητής Διήθησης εδάφους - Minidisk Infiltrimeter	350	Eclat Enterprises Ltd (Decagon Device)	358,33	+2%	Απόκλιση μικρότερη του 25%
4. Φορητή ζυγαρά	175	C&V Kritisas Lab supplies Ltd (KERN & SOHN GmbH, Model / Cat. No: EMS 6K1)	118	-33% (Ζητήθηκε βεβαίωση- Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό
5. Επώαστικός Κλιβάνος με ψύξη	7000	C&V Kritisas Lab supplies Ltd (Wisc, Model: WIS-30R)	3585	-49% (Ζητήθηκε βεβαίωση- Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό

Ζητούμενη υπέρβαση

									Λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό
6. Portable CH4 analyzer	6	8500	C&V Kriicos Lab supplies Ltd (Infrared Industries, Inc. Model: IR-6000HC)	4540	-47% (Ζητήθηκε βεβαίωση. Παράρτημα Ε)	Μοναδική προσφορά. Η απόκλιση θεωρείται λογική.			Λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό
7. Microcentrifuge	5	2000	Energion Ltd (Thermo Scientific mySPIN 12)	835	-58% (Ζητήθηκε βεβαίωση. Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται λογική			Λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό
8. Dissolved oxygen meter	3	1500	Sprel Ltd (Extech RE300)	165	-89% (Ζητήθηκε βεβαίωση. Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται λογική			Λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό και την διαθέσιμη τεχνολογία.
9. Microscope	8	8000	Scientronics Ltd (Nikon Instruments Model CH-L)	4520	-25% (Ζητήθηκε βεβαίωση. Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται λογική			Λογική λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό

10. Σπινθηροσκόπιο	9	5300	Biotronics Ltd (CPTIKA, Italy Μοντέλο: SZN-5)	1340	-75% (Ζητήθηκε βεβαίωση. Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται <u>λογική</u> λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό και την διαθεσίμη τεχνολογία
11. Σύστημα Ξηρής Θέρμανσης (Dry Heating System)	9	1000	Biotronics Ltd (Grant Instruments (Cambridge) Ltd Μοντέλο: QBH2)	1300	+30% (Ζητήθηκε βεβαίωση. Παράρτημα Ε)	Η απόκλιση θεωρείται <u>λογική</u> λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό
12. Οριζόντιο Σύστημα Ηλεκτροφόρησης (Horizontal electrophoresis system)	9	1000	Biotronics Ltd (Bio- Rad, USA, Wide Mini- Sub Cell GT System. Code: 170-4468)	750	-25% (Ζητήθηκε βεβαίωση. Παράρτημα Ε)	Μοναδική προσφορά. Η απόκλιση θεωρείται <u>λογική</u> .

Σημείωση:

- Σε περίπτωση σσυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, θα πρέπει να ζητηθεί γραπτώς από την εταιρεία διευκρίνιση και επιβεβαίωση ότι μπορεί να ανταπεξέλθει
- Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε προσφερόμενες ημές που κρίνονται εξωπραγματικές ή σε τυχόν ανασθεωρημένες ημές προσφορών που θα προκύψουν από διάρθρωση αριθμητικών λαθών

22



Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Δ συγκριτικός πίνακας με τις *τιμές / ~~επέκταση~~ ~~τιμών~~ προσφερές / *δελτία ποσοτήτων ~~όλων~~ των ~~έγκυρων~~ υποβληθέντων προσφορών.

DT
[Handwritten signature]

4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού στους Οικονομικούς Φορείς με τις πιο κάτω επωνυμίες, οι οποίοι υπέβαλαν τη χαμηλότερη τιμή ανά αντικείμενο και πληρούν τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Το συνολικό ποσό κατακύρωσης για όλα τα αντικείμενα ανέρχεται σε € 18658,58, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου εγγύησης καλής λειτουργίας για 2 χρόνια.

Για τις

Πίνακας ανάθεσης σύμβασης ανά αντικείμενο




	Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Αναμενόμενη τιμή (Ευρώ)	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα (Μοντέλο)	Τιμή (Ευρώ)	Αιτιολογία	
Ζητούμενη υπηρεσία	1. pH/Conductivity Meter	10	250	Eclat Enterprises Ltd (Extech EC510 Kit)	189,75	Χαμηλότερη τιμή, Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	2. Συσκευή GPS	10	300	Eclat Enterprises Ltd (Garmin Model: GPS MAP 64s)	270,26	Χαμηλότερη τιμή, Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	3. Μετρητής Διήθησης εδάφους - Minidisk Infiltrometer	10	350	Eclat Enterprises Ltd (Decagon Device)	358,33	Χαμηλότερη τιμή, Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	4. Φορητή ζυγαριά	6	175	C&V Kriticals Lab supplies Ltd (KERN & SOHN GmbH. Model / Cat. No: EMS 6K1)	118	Χαμηλότερη τιμή, Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	5. Επώαστικός Κλίβανος με Ψύξη	6	7000	C&V Kriticals Lab supplies Ltd (Wisd, Model: WIS-30R)	3585	Χαμηλότερη τιμή, Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	6. Portable CH4 analyzer	6	8500	C&V Kriticals Lab supplies Ltd (Infrared Industries, Inc. Model: IR-6000HC)	4540	Μοναδική προσφορά Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	7. Microcentrifuge	5	2000	Energon Ltd (Thermo Scientific mySPIN 12)	836	Χαμηλότερη τιμή, Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	8. Dissolved oxygen meter	3	1500	Sprel Ltd (Extech RE300)	185	Χαμηλότερη τιμή,

					Κανοποίηση Προδιαγραφών
9. Microscope	8	6000	SciElectronics Ltd (Nikon Instruments Model CI-L)	4520	Χαμηλότερη τιμή, Κανοποίηση Προδιαγραφών
10. Στερεοσκόπιο	9	5000	BioElectronics Ltd (OPTIKA, Italy Μοντέλο: SZN- 5)	1340	Χαμηλότερη τιμή, Κανοποίηση Προδιαγραφών
11. Σύστημα Ξηρής Θέρμανσης (Dry Heating System)	9	1000	BioElectronics Ltd (Grant Instruments (Cambridge) Ltd Μοντέλο: QBH2)	1300	Χαμηλότερη τιμή, Κανοποίηση Προδιαγραφών
12. Οριζόντιο Σύστημα Ηλεκτροφόρησης (Horizontal electrophoresis system)	9	1000	BioElectronics Ltd (Bio-Rad, USA, Wide Mini-Sub Cell GT System. Code: 170- 4468)	750	Μοναδική προσφορά Κανοποίηση Προδιαγραφών
ΣΥΝΟΛΟ				18658,58	

Πίνακας ανάθεσης σύμβασης ανά προσφέροντα

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Επωνυμία Φορέα	Οικονομικού	Τιμή
1.	Lab Supplies - Π. Γαλάνης & Σία		0
2.	Vector Technologies		0
3.	Sprel Ltd		165
4.	C. Georghίου Ltd		0
5.	Energion Ltd		835
6.	C&V Kriticos Lab supplies Ltd		8361
7.	Phadisco Ltd		0
8.	SciElectronics Ltd		4520
9.	BioElectronics Ltd		3390
10.	Eclat Enterprises Ltd		1387,58
	ΣΥΝΟΛΟ		18658,58

Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Κώστας Κώστα		1/11/2016
Μαρία Αντωνίου		21/11/2016
Μάρλεν Βάσκεζ		1/11/16

Σημείωση:

Όλες οι σελίδες της έκθεσης αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου των Παραρτημάτων, θα πρέπει να μονογραφηθούν από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Συγκριτικός Πίνακας Τιμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Βεβαιώσεις απόκλισης τιμής από αναμενόμενη τιμή σε σχέση με την υλοποίηση την σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

(να επισυναφθεί συμπληρωμένη η ακόλουθη επιστολή και το σχετικό αποδεικτικό αποστολής της στους εμπλεκόμενους φορείς)

..... 2013

Αρ. Τηλεομοιοτύπου: 22302433

Γενική Λογίστρια

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Υπόψη: Ανδρέα Γιαβρή

Λευκωσία

Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. /.../... (να συμπληρωθεί ο αριθμός του διαγωνισμού που αφορά
..... (να συμπληρωθεί ο τίτλος του διαγωνισμού)

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις/.../2013 μεταξύ των ωρών ... : .. - ... : .. για την αξιολόγηση των προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €....., μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον στο τηλέφωνο αρ. 25 00 και αφού συμπληρώσετε το κάτω μέρος της παρούσας επιστολής να την αποστείλετε στο τηλεομοιοτύπο αρ.

Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι α/η
θα παρευρεθεί, εκ μέρους του, στις .../.../2013 και ώρα : ..

Κοιν.: Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας (αρ. τηλεομοιοτύπου: 22302071)

Εσωτερικό Ελεγκτή Τεχνολ. Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονική διεύθυνση: akis.kleanthous@cut.ac.cy)

ΓΝΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης

27 Οκτωβρίου 2016

Αρ. Τηλεμοιοτύπου: 22302433

Γενική Λογίστρια

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Υπόψη: Ανδρέα Γιαβρή

Λευκωσία

Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΕΤΠ/1/012/2016 για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Διδακτικά Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ).

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 31/10/2016 μεταξύ των ωρών 12 :00 -13 00, για την αξιολόγηση των 10 προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €34.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Κώστα Κώστα στο τηλέφωνο αρ. 25 00 2515 και αφού συμπληρώσετε το κάτω μέρος της παρούσας επιστολής να την αποστείλετε στο τηλεμοιοτύπο αρ. 25002656

Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι ο/η θα παρευρεθεί, εκ μέρους του, στις/2016 και ώρα :

Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας (Αρ. τηλεμοιοτύπου: 22302071)

Εσωτερικό Ελεγκτή Τεχνολ. Γνωστικής Κίτηρου (ηλεκτρονική διεύθυνση: akis.kleanthous@cid.ac.cy)

Γ.ΚΑΛΙ

TX Status Report

Date: 27/10 2016 15:48
Name: ALEXANDER COLLEGE
ID: 24532365

27 Οκτωβρίου 2016

Αρ. Πρωτοκόλλου: 22302071

Τύπος Αρχείου

Τύπος Αναστολέα του Διευρητή

Υπόψη: Διεύθυνση Γραφείων

Λευκωσία

Αποδέκτης: Διευθυντής Π.Σ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Σ.Υ.Π.)
Διεύθυνση: Επαγγελματική Υπηρεσία, Επαγγελματική Υπηρεσία (Ε.Υ.Π.)

Επιβάρυνση με τους κληθέντες της Επαγγελματικής Υπηρεσίας (Ε.Υ.Π.) της Π.Σ.Υ.Π. για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε στις 27/10/2016, μεταξύ των ωρών 11:00 π.μ. και 12:00 π.μ. περίπου, με 50 κληθέντες του Γραφείου.

Επιπλέον, οι 6 κληθέντες που αναφέρονται παραπάνω είναι 63.000 με συμπεριλαμβανομένης της Ε.Υ.Π.

Η παρούσα ανακοίνωση με κληθέντες της υπηρεσίας του Π.Σ.Υ.Π. αφορά στην αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε στις 27/10/2016, μεταξύ των ωρών 11:00 π.μ. και 12:00 π.μ. περίπου, με 50 κληθέντες του Γραφείου, με 63.000 με συμπεριλαμβανομένης της Ε.Υ.Π.

Επισημάνσεις/Σημειώσεις:

Έχουν ήδη γίνει τα παραπάνω ως προανάκληση με τους κληθέντες οι 63.000 με συμπεριλαμβανομένης της Ε.Υ.Π. με 50 κληθέντες του Γραφείου.

Κατ': Επιστολή Διευρητή, Αρ. Πρωτοκόλλου: 22302071
Επισημάνσεις/Σημειώσεις: Επαγγελματική Υπηρεσία (Ε.Υ.Π.) Διεύθυνση Γραφείων
Π.Σ.Υ.Π.

TX

No.	Date/Time	Comm. Type	Duration	Sender/Destination	Pages	Results
344	27/10 2016 15:47	TX	00'30	22302071	1	OK

TX Status Report

Date: 27/10 2016 15:47
Name: ALEXANDER COLLEGE
ID: 24532365

27 October 2016

Αρ. Τηλεφωνικού: 22302433

Τηλεφωνικό

Από: Αλεξάνδρ. Κολέτζ

Προς: Αλεξάνδρ. Κολέτζ

Από: 24532365

Προβλεπόμενη διακοπή για ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ για Προβλεπόμενη Διακοπή για τη Διακοπή της εκτέλεσης του Προγράμματος Προγράμματος ΕΠΣΠ.

Επισημαίνεται ότι η διακοπή της εκτέλεσης του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 27/10/2016 μεταξύ των ωρών 12:00 - 12:00 για την ολοκλήρωση του 10 προγράμματος που είναι ενεργό.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των προγράμτων διακοπών είναι 631400 με επιπλέον διακοπών που είναι.

Η διακοπή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί για τον αριθμό 24532365, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κέντρο κλήσης από κλήματα από 25.00.2016 και αφού διακοπών οι κλήσεις της υπηρεσίας κλήσης από κλήματα από 26/10/2016.

Προβλεπόμενη Διακοπή Αποστολής

Επισημαίνεται ότι η διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί για τον αριθμό 24532365.

Ο αριθμός των κλήσεων που είναι διαθέσιμες στο κέντρο κλήσης είναι 631400.

27/10/2016

Κωδ: 24532365 (Αποστολή) (Αρ. τηλεφωνικού: 22302433)
Επισημαίνεται ότι η διακοπή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κέντρο κλήσης από κλήματα από 25.00.2016 και αφού διακοπών οι κλήσεις της υπηρεσίας κλήσης από κλήματα από 26/10/2016.

No.	Date/Time	Comm. Type	Duration	Sender/Destination	Pages	Results
343	27/10 2016 15:46	TX	00' 28"	22302433	1	OK



.....



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διαγωνισμός αρ. ΕΠΠ(2)/016/2015 για Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Διδακτικά Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ)

Στα πλαίσια αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσφορών ad-hoc Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενης από τους:

1. Κώστας Κώστα, Δρ. , Συντονιστής
2. Μαρία Αντωνίου, Δρ., Μέλος
3. Μάρλεν Βάσκεζ, Δρ. Μέλος

Συνάντηση επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε την 31/10/2016 ως ημερομηνία συνεδρίας για την αξιολόγηση των υποβληθείσων προσφορών. Στη συνεδρία εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του ΤΕΠΑΚ.

Έλεγχος πληρότητας υποβληθείσων προσφορών

Κατά τη συνάντηση καταγράφηκε η παραλαβή 9 προσφορών από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Ποσό σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), Συνολική τιμή
1.	Lab Supplies - Π. Γαλάνης & Σία	0
2.	Vector Technologies	0
3.	Sprei Ltd	165
4.	C. Georghlou Ltd	0
5.	Energion Ltd	835
6.	C&V Kriticos Lab supplies Ltd	8361
7.	Phadisco Ltd	0
8.	Scientronics Ltd	4520
9.	Biotronics Ltd	3390
10.	Eclat Enterprises Ltd	1387,58
	ΣΥΝΟΛΟ	18658,58

Η Επιτροπή έλεγξε κατά πόσο όλες οι εταιρείες υπέβαλαν τα απαιτούμενα έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα και υπογραμμένα. Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει με την

τεχνική και οικονομική αξιολόγηση όλων των έγκυρων προσφορών, συμπληρώνοντας παράλληλα το συγκριτικό πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και τιμών.

Συμπεράσματα και εισήγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται προς την Επιτροπή Προσφορών την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού (ανά αντικείμενο) στις εταιρείες όπως φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα για το αντίστοιχο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εν λόγω εταιρείες υπέβαλαν τη χαμηλότερη προσφορά και πληρούν τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Τα παρόντα πρακτικά εγκρίθηκαν με λήξη της συνεδρίας και η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

(The table content is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a comparison table with multiple columns and rows.)

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Handwritten signatures and initials

3. Ζητούμενη προμήθεια (3): μηχανής διάφραγμα εδάφους - Mini disk Infiltrometer

Σελίδα 14

Α/Α	Αναγωγή - Προσφορά 4	Μήκος	Αναγωγή - Προσφορά 2	Προμήθεια 3
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΟΤΤΕ			
1.1	Απόδοση αναγωγή		ΕΠΙΡΑΦΕΣ 1	Λοκός
2	ΚΟΙΝΟΣ			
2.1	ΜΑΡΙΟΤΤΕ			
2.11	ΜΑΡΙΟΤΤΕ	117 cm	YES	N/A
2.12	ΔΙΑΜΕΤΡΟ	3.1 cm	YES	N/A
2.13	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.14	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.15	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.16	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.17	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.18	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.19	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.20	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.21	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.22	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.23	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.24	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.25	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A

5. Ο.Α.Υ. Μαριόττα, Ltd. Σελίδα 17

Α/Α	Αναγωγή - Προσφορά 4	Μήκος	Αναγωγή - Προσφορά 2	Προμήθεια 3
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΟΤΤΕ			
1.1	Απόδοση αναγωγή		ΕΠΙΡΑΦΕΣ 1	Λοκός
2	ΚΟΙΝΟΣ			
2.1	ΜΑΡΙΟΤΤΕ			
2.11	ΜΑΡΙΟΤΤΕ	117 cm	YES	N/A
2.12	ΔΙΑΜΕΤΡΟ	3.1 cm	YES	N/A
2.13	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.14	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.15	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.16	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.17	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.18	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.19	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.20	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.21	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.22	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.23	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.24	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.25	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A

10 Elite Enterprises Ltd

Α/Α	Αναγωγή - Προσφορά 4	Μήκος	Αναγωγή - Προσφορά 2	Προμήθεια 3
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΙΟΤΤΕ			
1.1	Απόδοση αναγωγή		ΕΠΙΡΑΦΕΣ 1	Λοκός
2	ΚΟΙΝΟΣ			
2.1	ΜΑΡΙΟΤΤΕ			
2.11	ΜΑΡΙΟΤΤΕ	117 cm	YES	N/A
2.12	ΔΙΑΜΕΤΡΟ	3.1 cm	YES	N/A
2.13	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.14	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.15	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.16	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.17	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.18	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.19	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.20	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.21	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.22	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.23	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.24	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A
2.25	ΠΟΣΟΣΤΟ		YES	N/A

Handwritten signature or initials.

4.2) Исполнение работ (показатели): (показатель) Система

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сроки выполнения	Исполнитель	Ссылка на документацию
1	Поставка оборудования	шт.	1	до 15.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
2	Монтаж оборудования	шт.	1	до 30.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
3	Настройка оборудования	шт.	1	до 15.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
4	Проверка работоспособности	шт.	1	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
5	Обучение персонала	чел.ч.	10	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сроки выполнения	Исполнитель	Ссылка на документацию
6	Поставка оборудования	шт.	1	до 15.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
7	Монтаж оборудования	шт.	1	до 30.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
8	Настройка оборудования	шт.	1	до 15.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
9	Проверка работоспособности	шт.	1	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
10	Обучение персонала	чел.ч.	10	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сроки выполнения	Исполнитель	Ссылка на документацию
11	Поставка оборудования	шт.	1	до 15.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
12	Монтаж оборудования	шт.	1	до 30.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
13	Настройка оборудования	шт.	1	до 15.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
14	Проверка работоспособности	шт.	1	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
15	Обучение персонала	чел.ч.	10	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сроки выполнения	Исполнитель	Ссылка на документацию
16	Поставка оборудования	шт.	1	до 15.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
17	Монтаж оборудования	шт.	1	до 30.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
18	Настройка оборудования	шт.	1	до 15.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
19	Проверка работоспособности	шт.	1	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
20	Обучение персонала	чел.ч.	10	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сроки выполнения	Исполнитель	Ссылка на документацию
21	Поставка оборудования	шт.	1	до 15.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
22	Монтаж оборудования	шт.	1	до 30.05.2018	ООО "Система"	Техническое задание
23	Настройка оборудования	шт.	1	до 15.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
24	Проверка работоспособности	шт.	1	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание
25	Обучение персонала	чел.ч.	10	до 30.06.2018	ООО "Система"	Техническое задание

Handwritten signature or initials: *IB SK*

6. Ζητούμενη προμήθεια (6): Portable CH4 analyzer

6 CH4 Kritisco Lab supplies Ltd

Α/Α	Αποστολή - Περιγραφή	Αποδοτικότητα	Αποδοτικότητα	Αποδοτικότητα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
1.5	Απόδοση μυσόβου		Company: Infrared Industries, Inc Model: IR-4000HC Analyzer Cat No: 11935-100 Quantity: 1 piece	
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
2.42	Μετρουμένη γαία	500ppm - 100%	Maximum Detectable Limit: 500 ppm	Page: 17 Point: 49
2.43	Ακρίβεια	- 2% full scale or less	Accuracy: - 2% full scale or less	Page: 17 Point: 50
2.44	Sample hose	to be included	Sample hose included with the delivery	Page: 17 Point: 51
2.45	Μετρουμένη μέθοδος	NDIR single beam or equivalent	Measuring method: NDIR single beam and electrochemical	Page: 17 Point: 52
2.46	Output	RS232	Output: RS232	Page: 17 Point: 53
2.47	Power	Rechargeable battery pack	Power - External: 10.16 V DC	Page: 17 Point: 54
2.48	Sample flow	Internal sample pump	Power - Internal: Rechargeable lithium ion battery pack	Page: 17
2.49	Ambient operating temperature	4° C to 40° C	Sample flow: Internal sample pump	Page: 55
2.50	Sample temperature	4° C to 250° C	Ambient operating temperature: 1.7-43.3 ° C	Page: 17 Point: 56
2.51	Αποδοτική υλικά σε sample flow path	Gold, sapphire, 303 stainless steel, and Viton	Sample temperature: 0-250 ° C	Page: 17 Point: 57
2.52	Response time	Less than 15 seconds	Materials in sample flow path: Gold, sapphire, 303 stainless steel, and Viton	Page: 17 Point: 58
2.53	Warm-up time	Less than 60 seconds	Response time: Less than 10 seconds	Page: 17 Point: 59
2.54	Display	Backlit LCD (language English)	Warm-up time: Less than 30 seconds	Page: 60
2.55	Weight	Less than 1.5 kg	Display: Backlit LCD, graphics, 128 x 64, multi-language (English, Spanish, and Arabic)	Page: 17 Point: 61
2.56	Warranty	at least one year	Weight: Less than 2 lbs (i.e. 0.9 kg)	Page: 17 Point: 62
			Warranty: One year	Page: 17 Point: 63

Handwritten signature/initials

3. Спецификация оборудования

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Спецификация оборудования	шт.	1	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Спецификация оборудования	шт.	1	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Спецификация оборудования	шт.	1	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Спецификация оборудования	шт.	1	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Спецификация оборудования	шт.	1	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Спецификация оборудования	шт.	1	

Handwritten signature or initials

а. Разработка проекта (С) Electrical design center

№	Имя	Фамилия	Инициалы	Дата рождения	Пол	Место рождения	Место работы	Стаж работы	Стаж в должности	Стаж в организации
1	Иванов	Иван	И.И.	1980	М	Москва	Электрик	10	5	3
2	Петров	Петр	П.П.	1975	М	Самара	Инженер	15	8	4
3	Сидоров	Сидор	С.С.	1985	М	Новосибирск	Инженер	10	5	3

№	Имя	Фамилия	Инициалы	Дата рождения	Пол	Место рождения	Место работы	Стаж работы	Стаж в должности	Стаж в организации
4	Климов	Клима	К.К.	1970	М	Владивосток	Инженер	12	6	3
5	Мухоморов	Мухоморов	М.М.	1980	М	Иркутск	Инженер	10	5	3
6	Попов	Попов	П.П.	1975	М	Красноярск	Инженер	12	6	3

№	Имя	Фамилия	Инициалы	Дата рождения	Пол	Место рождения	Место работы	Стаж работы	Стаж в должности	Стаж в организации
7	Смирнов	Смирнов	С.С.	1985	М	Новосибирск	Инженер	10	5	3
8	Трофимов	Трофимов	Т.Т.	1975	М	Самара	Инженер	12	6	3
9	Федотов	Федотов	Ф.Ф.	1980	М	Иркутск	Инженер	10	5	3

№	Имя	Фамилия	Инициалы	Дата рождения	Пол	Место рождения	Место работы	Стаж работы	Стаж в должности	Стаж в организации
10	Харин	Харин	Х.Х.	1975	М	Самара	Инженер	12	6	3
11	Цыганов	Цыганов	Ц.Ц.	1980	М	Иркутск	Инженер	10	5	3
12	Чайков	Чайков	Ч.Ч.	1975	М	Красноярск	Инженер	12	6	3

№	Имя	Фамилия	Инициалы	Дата рождения	Пол	Место рождения	Место работы	Стаж работы	Стаж в должности	Стаж в организации
13	Шаров	Шаров	Ш.Ш.	1985	М	Новосибирск	Инженер	10	5	3
14	Щербинин	Щербинин	Щ.Щ.	1975	М	Самара	Инженер	12	6	3
15	Юсупов	Юсупов	Ю.Ю.	1980	М	Иркутск	Инженер	10	5	3

№	Имя	Фамилия	Инициалы	Дата рождения	Пол	Место рождения	Место работы	Стаж работы	Стаж в должности	Стаж в организации
16	Яковлев	Яковлев	Я.Я.	1975	М	Самара	Инженер	12	6	3
17	Яковлев	Яковлев	Я.Я.	1980	М	Иркутск	Инженер	10	5	3
18	Яковлев	Яковлев	Я.Я.	1975	М	Красноярск	Инженер	12	6	3

Handwritten signature or initials.

№ п/п	Наименование работ	Содержание работ	Сроки выполнения	Фактически выполнено	Отклонение	Выполнение работ	
						в %	в рублях
1	1. Подготовка проекта	1.1. Разработка проектной документации	01.01.2017 - 31.03.2017	100%	0	100%	1000000
2	2. Строительство	2.1. Возведение фундаментов	01.04.2017 - 30.06.2017	100%	0	100%	2000000
3	3. Монтаж конструкций	3.1. Установка стальных конструкций	01.07.2017 - 31.08.2017	100%	0	100%	3000000
4	4. Фасадные работы	4.1. Утепление фасадов	01.09.2017 - 31.10.2017	100%	0	100%	1500000
5	5. Внутренние работы	5.1. Монтаж перегородок	01.11.2017 - 31.12.2017	100%	0	100%	1000000
6	6. Санитарно-технические работы	6.1. Установка сантехники	01.01.2018 - 31.03.2018	100%	0	100%	1000000
7	7. Электромонтажные работы	7.1. Прокладка кабелей	01.04.2018 - 31.05.2018	100%	0	100%	1000000
8	8. Декоративные работы	8.1. Окраска стен	01.06.2018 - 31.07.2018	100%	0	100%	500000
9	9. Приемка работ	9.1. Проверка качества	01.08.2018 - 31.08.2018	100%	0	100%	0
10	10. Итого			100%	0	100%	10000000

22 UB
D

101	101	101	101	101
102	102	102	102	102
103	103	103	103	103
104	104	104	104	104
105	105	105	105	105
106	106	106	106	106
107	107	107	107	107
108	108	108	108	108
109	109	109	109	109
110	110	110	110	110
111	111	111	111	111
112	112	112	112	112

101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110
111	111	111	111	111	111	111
112	112	112	112	112	112	112

UB K

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2003
2004

12. Ζητούμενη προμήθεια (12): Οριζόντιο Σύστημα Ηλεκτροφόρησης (Horizontal electrophoresis system)

Α/Α	Ανατίθεται Προμήθεια	Αποτίμηση	Ανατίτλος Προμήθειας	Προσδιορισμός
1	ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ			
2.112	Οριζόντιο Ηλεκτροφόρο Σύστημα		Οριζόντιο Ηλεκτροφόρο Σύστημα (2) για (2) συστήματα ηλεκτροφόρησης (Wide-Mid-Range Gel System, με μήκος 170-415cm, της εταιρείας Bio-Rad, USA, με δυνατότητα entry resolution με ή χωρίς αλβουμίνες κρονοτυπιακή	
2	ΕΙΔΕΣ 2.140ΜΕΡΙΣ			
2.127	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 1000 εγγραφών με δυνατότητα εκτύπωσης εγγραφών	Βλέπε αρκ.: 3 αρκ.: 2.127
2.128	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 100 εγγραφών	Βλέπε αρκ.: 3/ Βελ.: 2.128
2.129	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 15 εγγραφών	Βλέπε αρκ.: 2/ Βελ.: 2.129
2.130	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 5 εγγραφών	Βλέπε αρκ.: 3/ Βελ.: 2.130
2.131	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 10 εγγραφών	Βλέπε αρκ.: 3/ Βελ.: 2.131
2.132	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 15 εγγραφών	
2.133	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 20 εγγραφών	
2.134	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 25 εγγραφών	
2.135	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 30 εγγραφών	
2.136	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 35 εγγραφών	
2.137	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 40 εγγραφών	
2.138	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 45 εγγραφών	
2.139	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 50 εγγραφών	
2.140	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 55 εγγραφών	
2.141	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 60 εγγραφών	
2.142	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 65 εγγραφών	
2.143	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 70 εγγραφών	
2.144	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 75 εγγραφών	
2.145	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 80 εγγραφών	
2.146	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 85 εγγραφών	
2.147	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 90 εγγραφών	
2.148	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 95 εγγραφών	
2.149	Μητρώο		Μητρώο με δυνατότητα αποθήκευσης 100 εγγραφών	

Handwritten signature

[Handwritten signature]

ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ (2 από 2)		Προσφερόμενη Τιμή (σε ευρώ) (συνέχεια)											
Ζητούμενη υπηρεσία	Ποσότητα	7	8	9	10	11	12	Microcentrifuge	Dissolved oxygen meter	Microscope	Στριπσκοκόμιο	Σύστημα Ξηρής Θέρμανσης (Dry Heating System)	Οριζόντιο Σύστημα Ηλεκτροφόρησης (Horizontal electrophoresis system)
		2000	1500	6000	5000	1000	1000						
Εταιρεία Οικονομικού Φορέα													
1. Lab Supplies - Ft. Fokianos & Στα	980		890	5840	0	974	0						
2. Vector Technologies	520		0	4550	1850	0	0						
3. Spref Ltd	0		165	5570	1450	0	0						
4. C. Georgiou Ltd	1178		475		0	1040	0						
5. Energon Ltd	836		652	4163	1471	0	0						
6. C&V Kriticos Lab supplies Ltd	1595		484	0	0	0	0						
7. Phadisco Ltd	0		0	0	3700	0	0						
8. Scientronics Ltd			0	4520	4100	0	0						
9. Biotronics Ltd	1370		1195	5400	1340	1300	750						
10. Eclat Enterprises Ltd	0		0	0	1585,23	0	0						

Kostas Andreou

From: Varnavas Varnava <v.varnavas@biotronics.com.cy>
Sent: Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 12:47 μμ
To: Kostas Andreou; Info Biotronics
Cc: Melpo Nicolaou; Eliana Sergiou
Subject: RE: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Αγαπητέ κε Ανδρέου
 Σχετικά με το πιο κάτω μήνυμα σας και τον εν λόγω διαγωνισμό, επιβεβαιώνουμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε τα αντικείμενα όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο 8 της προσφοράς μας και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά.

Warmest Regards

V. Varnavas
 Biotronics Ltd
 Tel: +357 22467890 Fax: +357 22764614
 e-mail: v.varnavas@biotronics.com.cy
 website : www.biotronics.com.cy
 7 Megalou Alexandrou Ave., 2233 Latsia, Nicosia, Cyprus

Registered under:



Waste Electronic and Electrical Equipment Regulation
 ΚΑΠ 668/2004 under Law (N215(I)/2002)



From: Kostas Andreou [mailto:kostas.andreou@cut.ac.cy]
Sent: Tuesday, November 01, 2016 12:41 PM
To: Info Biotronics
Subject: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Σε σχέση με τον διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016 σαν παρακαλώ όπως μας βεβαιώσετε με ανταπόκριση στο παρών μήνυμα τα πιο κάτω (είναι σημαντικό να έχουμε την απάντηση σας σήμερα):

Για τα πιο κάτω αντικείμενα τα οποία αξιολογήθηκαν και δύναται να αναθέτουν στην εταιρεία σας:

10. Στερεοσκόπιο
11. Σύστημα Ξηρής Θέρμανσης (Dry Heating System)
12. Οριζόντιο Σύστημα Ηλεκτροφόρησης (Horizontal electrophoresis system)

VB

η προσφερόμενη τιμή έχει απόκλιση πέραν από $\pm 25\%$ από την αντίστοιχη αναμενόμενη τιμή. Σας παρακαλώ όπως βεβαιώσετε την ικανότητα σας να παρέχετε τα/το αντικείμενα/ο όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο 8 της προσφοράς και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Ανδρέου

Τέλος Μηνύματος-End of Message

>> Σκεφτείτε τα περιβάλλον προτού τυπώσετε αυτό το μήνυμα. <<
>> Please consider the environment before printing this email. <<

Κώστας Ανδρέου, Msc, PhD	Kostas Andreou, Msc, PhD
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό	Special Teaching Staff
Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Επιστήμης	Soil Science Laboratory, Department of
και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος	Environmental Science and Technology
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	Cyprus University of Technology
Αθηνών και Ανεξαρτησίας 57, 3036,	Athinas and Anexartisias 57, 3036
(πάνω από κατάστημα Sweet Babe)	Lemesos, Cyprus,
Λεμεσός, Κύπρος	P.O. Box 50329, 3603 Lemesos, Cyprus
Τ.Θ.: 50329, 3603, Λεμεσός, Κύπρος	Tel.: (+357) 25002308, (+357) 99039867
Τηλ: (+357) 25002308, (+357) 99039867	Fax: (+357) 25002636
Φαξ: (+357) 25002636	e-mail: kostas.andreou@cut.ac.cy
Ηλεκτρ. Ταχυδ: kostas.andreou@cut.ac.cy	www.cut.ac.cy
www.cut.ac.cy	



--
This email was Virus checked by Astaro Security Gateway. <http://www.sophos.com>

--
This email was Virus checked by Astaro Security Gateway. <http://www.sophos.com>

Kostas Andreou

From: Thanasis Ragousis <thanasis@energon.com.cy>
Sent: Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 1:08 μμ
To: Kostas Andreou
Cc: Stella Ioannou
Subject: FW: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Αγαπητέ Κύριε Ανδρέου,

Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι η εταιρία μας θα σας παραδώσει την μικροφυγόκεντρο Thermo Fisher Scientific MySrin12, όπως αυτή προδιαγράφεται στο Έντυπο 8 της προσφοράς, στην τιμή των 835,00€ + ΦΠΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Best Regards,

Thanasis Ragousis
 Managing Director



En-Ergon Scientific EES Ltd
 23 Αγίου Παύλου, 1107 Nicosia, Cyprus

T: +357 22 021 010
 F: +357 22 780 770
 M: +357 96 349 888
 E: thanasis@energon.com.cy
 W: www.energon.com.cy

From: Kostas Andreou [<mailto:kostas.andreou@cut.ac.cy>]
Sent: Tuesday, November 01, 2016 12:34 PM
To: Stella Ioannou
Subject: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Σε σχέση με τον διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016 σας παρακαλώ όπως μας βεβαιώσετε με ανταπόκριση στο παρών μήνυμα τα πιο κάτω (είναι σημαντικό να έχουμε την απάντησή σας σήμερα):

Για τα πιο κάτω αντικείμενα τα οποία αξιολογήθηκαν και δύναται να αναθέτουν στην εταιρεία σας:
 7. Microcentrifuge

η προσφερθείσα τιμή έχει απόκλιση πέραν από $\pm 25\%$ από την αντίστοιχη αναμενόμενη τιμή. Σας παρακαλώ όπως βεβαιώσετε την ικανότητά σας να παρέχετε τα/το αντικείμενα/ο όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο 8 της προσφοράς και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Ανδρέου

Τέλος Μηνύματος-End of Message

>> Σκεφτείτε το περιβάλλον προτού τυπώσετε αυτό το μήνυμα. <<
>> Please consider the environment before printing this email. <<

Κώστας Ανδρέου, Msc, PhD
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Επιστήμης
και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθηνών και Αλεξανδρίας 57, 3036,
(πάνω από κατάστημα Sweet Babe)
Λεμεσός, Κύπρος
Τ.Θ.: 50329, 3603, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 25002308, (+357) 99039867
Φαξ: (+357) 25002636

Kostas Andreou, Msc, PhD
Special Teaching Staff
Soil Science Laboratory, Department of
Environmental Science and Technology
Cyprus University of Technology
Athlmon and Anexoritisias 57, 3036
Lemesos, Cyprus.
P.O. Box 50329, 3603 Lemesos, Cyprus
Tel.: (+357) 25002308, (+357) 99039867
Fax: (+357) 25002636
e-mail: kostas.andreou@cut.ac.cy

Ηλεκτρ. Ταχυδ: kostas.andreou@cut.ac.cy
www.cut.ac.cy

www.cut.ac.cy



Kostas Andreou

From: Adonis Kriticos <adoniskr@kriticos.com.cy>
Sent: Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 1:36 μμ
To: Kostas Andreou
Subject: Re: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Ναι σας βεβαιώνω.

Με εκτίμηση
 Άδωνις

Sent from my iPhone

On 1 Nov 2016, at 12:35, Kostas Andreou <kostas.andreou@cyl.ac.cy> wrote:

Σε σχέση με τον διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016 σαν παρακαλώ όπως μας βεβαιώσετε με ανταπόκριση στο παρών μήνυμα τα πιο κάτω (είναι σημαντικό να έχουμε την απάντησή σας σήμερα):

Για τα πιο κάτω αντικείμενα τα οποία αξιολογήθηκαν και δύνανται να αναθέτουν στην εταιρεία σας:

4. Φορητή ζυγαριά
5. Επώαστικός Κλιβανός με Ψύξη
6. Portable CH4 analyzer

η προσφερθείσα τιμή έχει απόκλιση πέραν από $\pm 25\%$ από την αντίστοιχη αναμενομένη τιμή. Σας παρακαλώ όπως βεβαιώσετε την ικανότητά σας να παρέχετε τα/το αντικείμενα/ο όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο 8 της προσφοράς και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Ανδρέου

Τέλος Μηνύματος-End of Message

>> Σκεφτείτε το περιβάλλον προτού τυπώσετε αυτό το μήνυμα. <<
 >> Please consider the environment before printing this email. <<

Κώστας Ανδρέου, Msc, PhD
 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Επιστήμης
 και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Αθηνών και Ανεξαρτησίας 57, 3036,
 (πάνω από κατάστημα Sweet Babe)
 Λεμεσός, Κύπρος

Kostas Andreou, Msc, PhD
 Special Teaching Staff
 Soil Science Laboratory, Department of
 Environmental Science and Technology
 Cyprus University of Technology
 Athinon and Anexartisias 57, 3036
 Lemesos, Cyprus,
 P.O. Box 50329, 3603 Lemesos, Cyprus
 Tel.: (+357) 25002308, (+357) 99039867

Τ.Θ.: 50329, 3603, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 25002308, (+357) 99039867
Φαξ: (+357) 25002636
Ηλεκτρ. Ταχυδ.: kostas.andreou@cut.ac.cy
www.cut.ac.cy

Fax: (+357) 25002636
e-mail: kostas.andreou@cut.ac.cy
www.cut.ac.cy



Kostas Andreou

From: Elena Georgiou <e.georgiou@scientronics.com>
Sent: Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 1:02 μμ
To: Kostas Andreou
Cc: Demetra Panayiotou; Angelos Sarpetsas
Subject: RE: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Αγαπητέ κύριε Ανδρέου,

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το προσφερόμενο είδος 9 (Μικροσκόπιο) και η προσφερθείσα τιμή έχει σωστά προσφερθεί με βάση του μοντέλου Ci-L, και του Technical Configuration (όπως έχει υποβληθεί στο Φυλλάδιο 9B) στο έντυπο 8 και στην οικονομική μας προσφορά.

Best Regards,

Elena Georgiou
 Quality Control Manager &
 Tenders Department Supervisor



7 Μεγάλου Alexandrou Ave.2233 Latsia, Nicosia, Cyprus
 Direct Line: +357 22 024715
 Tel: +357 22 467880 (ext. 304)
 Fax: +357 22 764614
www.scientronics.com
 E-mail: e.georgiou@scientronics.com
 Web: www.scientronics.com

Lab Automation-Molecular Solution
 Research Tools-Reagent Supplies

From: Kostas Andreou [mailto:kostas.andreou@cut.ac.cy]
Sent: Tuesday, November 01, 2016 12:38 PM
To: Info Scientronics
Subject: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Σε σχέση με τον διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016 σαν παρακαλώ όπως μας βεβαιώσετε με ανταπόκριση στο παρών μήνυμα τα πιο κάτω (είναι σημαντικό να έχουμε την απάντησή σας σήμερα):

Για τα πιο κάτω αντικείμενα τα οποία αξιολογήθηκαν και δύναται να αναθέτουν στην εταιρεία σας:
 9. Microscope

η προσφερθείσα τιμή έχει απόκλιση πέραν από $\pm 25\%$ από την αντίστοιχη αναμενόμενη τιμή. Σας παρακαλώ όπως βεβαιώσετε την ικανότητα σας να παρέχετε τα/το αντικείμενα/ο όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο Β της προσφοράς και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Ανδρέου

Τέλος μηνύματος-End of Message




>> Σκεφτείτε το περιβάλλον προτού τυπώσετε αυτό το μήνυμα. <<
>> Please consider the environment before printing this email. <<

Κώστας Ανδρέου, Msc, PhD	Kostas Andreou, Msc, PhD
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό	Special Teaching Staff
Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Επιστήμης	Soil Science Laboratory, Department of
και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος	Environmental Science and Technology
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	Cyprus University of Technology
Αθηνών και Ανεξαρτησίας 57, 3036,	Athinou and Anexartisiias 57, 3036
(πάνω από κατάστημα Sweet Babe)	Lemesos, Cyprus,
Λεμεσός, Κύπρος	P.O. Box 50329, 3603 Lemesos, Cyprus
Τ.Θ: 50329, 3603, Λεμεσός, Κύπρος	Tel: (+357) 25002308, (+357) 99039867
Τηλ: (+357) 25002308, (+357) 99039867	Fax: (+357) 25002636
Φαξ: (+357) 25002636	e-mail: kostas.andreou@cut.ac.cy
Ηλεκτρ. Ταχυδ: kostas.andreou@cut.ac.cy	www.cut.ac.cy
www.cut.ac.cy	



--
This email was Virus checked by Astaro Security Gateway. <http://www.sophos.com>

--
This email was Virus checked by Astaro Security Gateway. <http://www.sophos.com>

Kostas Andreou

From: SPREL LTD <sprel@cytanet.com.cy>
Sent: Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 1:13 μμ
To: Kostas Andreou
Subject: Re: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Αγαπητέ Κώστα,

Η προσφορά μας δεν είχε περιορισμούς και η τιμή που δόθηκε για το συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να υλοποιηθεί.

Μπορώ να ρωτήσω όμως, αν μόνο αυτό το αντικείμενο είναι στην λίστα κατακύρωσης για την εταιρεία μας?

Αν ναι, θα θέλαμε να ξέρουμε λεπτομέρειες
 Ευχαριστώ,

Μιχάλης Σουροπέτης
 Διευθυντής

SPREL LTD
 Γραφεία: 29, 29Α Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Λυκαβητός 1071 Λευκωσία
 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Κ. 28284, Τ.Τ. 2092 Λευκωσία -Κύπρος
 Τηλ.: +357 22377159, Φαξ: +357 22377284, Κιν.: +357 99583941
 Skype: Michael.souropetsis
 Ηλεκτρ. Ταχ: sprel@cytanet.com.cy, m.souropetsis@cytanet.com.cy
 Web: www.sprel.com.cy

From: Kostas Andreou
Sent: Tuesday, November 01, 2016 12:36 PM
To: sprel@cytanet.com.cy
Cc: Michael Souropetsis
Subject: FW: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Σε σχέση με τον διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016 σαν παρακαλώ όπως μας βεβαιώσετε με ανταπόκριση στο παρών μήνυμα τα πιο κάτω (είναι σημαντικό να έχουμε την απάντηση σας σήμερα):

Για τα πιο κάτω αντικείμενα τα οποία αξιολογήθηκαν και δύναται να αναθέτουν στην εταιρεία σας:
 β. Dissolved oxygen meter

η προσφερθείσα τιμή έχει απόκλιση πέραν από $\pm 25\%$ από την αντίστοιχη αναμενομένη τιμή. Σας παρακαλώ όπως βεβαιώσετε την ικανότητα σας να παρέχετε τα/το αντικείμενα/ο όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο β της προσφοράς και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Ανδρέου





Τέλος Μηνύματος-End of Message

>> Σκεφτείτε το περιβάλλον προτού τυπώσετε αυτό το μήνυμα. <<
>> Please consider the environment before printing this email. <<

<p>Κώστας Ανδρέου, Msc, PhD Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθηνών και Ανεξαρτησίας 57, 3036, (πάνω από κατάστημα Sweets Bazaar) Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ.: 50329, 3603, Λεμεσός, Κύπρος Τηλ.: (+357) 25002308, (+357) 99039867 Φαξ: (+357) 25002636 Ηλεκτρ. Ταχυδ.: kostas.andreou@cut.ac.cy www.cut.ac.cy</p>	<p>Kostas Andreou, Msc, PhD Special Teaching Staff Soil Science Laboratory, Department of Environmental Science and Technology Cyprus University of Technology Athinou and Anexartistias 57, 3036 Lemesos, Cyprus, P.O. Box 50329, 3603 Lemesos, Cyprus Tel.: (+357) 25002308, (+357) 99039867 Fax: (+357) 25002636 e-mail: kostas.andreou@cut.ac.cy www.cut.ac.cy</p>
---	---



Kostas Andreou

From: Eclat Sales Team <sales@ECLATENT.COM>
Sent: Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016 2:12 μμ
To: Kostas Andreou
Subject: RE: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016

Αγ. Κύριε Ανδρέου,

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα παρέχουμε τα αντικείμενα όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο 8 της προσφοράς και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά μας.

Μ.Φ.Χ

Ιωάννης Πετρίδης

Eclat Enterprises Ltd

----- Original Message -----

Subject: Βεβαίωση για διαγωνισμό ΕΤΠ
(2)/012/2016
From: Kostas Andreou <kostas.andreou@cut.ac.cy>
Date: Tue, November 01, 2016 12:31 pm
To: Eclat Sales Team <sales@eclatent.com>

Σε σχέση με τον διαγωνισμό ΕΤΠ (2)/012/2016 σαν παρακαλώ όπως μας βεβαιώσετε με ανταπόκριση στο παρών μήνυμα τα πιο κάτω (είναι σημαντικό να έχουμε την απάντηση σας σήμερα):

Για τα πιο κάτω αντικείμενα τα οποία αξιολογήθηκαν και δύνανται να αναθέτουν στην εταιρεία σας:

1. pH/Conductivity Meter
2. Συσκευή GPS
3. Μετρητής Διήθησης εδάφους - Minidisk Infiltrometer

η προσφερθείσα τιμή έχει απόκλιση πέραν από $\pm 25\%$ από την αντίστοιχη αναμενομένη τιμή. Σας παρακαλώ όπως βεβαιώσετε την ικανότητα σας να παρέχετε τα/το αντικείμενα/ο όπως αυτά προδιαγράφονται στο Έντυπο 8 της προσφοράς και στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Ανδρέου

Τέλος Μηνύματος - End of Message

>> Σκεφτείτε το περιβάλλον προτού τυπώσετε αυτό το μήνυμα. <<
 >> Please consider the environment before printing this email. <<





Κώστας Ανδρέου, MSc, PhD
 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Επιστήμης
 και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Αθηνών και Ανεξαρτησίας 57, 3036,
 (πάνω από κατάστημα Sweet Baba)
 Λεμεσός, Κύπρος
 Τ.Θ.: 50329, 3603, Λεμεσός, Κύπρος
 Τηλ.: (+357) 25002308, (+357) 99039867
 Φαξ: (+357) 25002636
 Ηλεκτρ. Ταχυδ.: kostas.andreou@cut.ac.cy
www.cut.ac.cy

Kostas Andreou, MSc, PhD
 Special Teaching Staff
 Soil Science Laboratory, Department of
 Environmental Science and Technology
 Cyprus University of Technology
 Athinon and Anexartisias 57, 3036
 Lemesos, Cyprus,
 P.O. Box 50329, 3603 Lemesos, Cyprus
 Tel.: (+357) 25002308, (+357) 99039867
 Fax: (+357) 25002636
 e-mail: kostas.andreou@cut.ac.cy
www.cut.ac.cy



[Handwritten signatures]